УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
от _____200_ г. № _____

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "МиниМед"
_____ Азбукин В.Р.
"3" 04 2002 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора реагентов
"Масло иммерсионное"

Регистрационное удостоверение №_____ от "__" _____200_ г.

НАЗНАЧЕНИЕ

Используют в качестве вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет более высокий показатель преломления, чем воздух. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света, не рассеиваются, выходя из препарата, и попадают в объектив, что приводит к повышению разрешающей способности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В лабораторных условиях открыть флакон с реагентом. Подготовку и проведение исследования осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации микроскопа.

ФОРМА ВЫПУСКА

10 флаконов (по 100 мл) с инструкцией по применению в групповой упаковке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение

В упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 15 до 25°С и относительной влажности воздуха не более 80% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, отопительных установок, атмосферных осадков и агрессивных сред в течение всего срока годности.

Транспортирование

Транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для клинико-диагностических лабораторий и санитарно-эпидемиологических учреждений.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности реагента – 1,5 года. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

По вопросам, касающимся качества реагента, следует обращаться по адресу 241520 г. Брянск, Супонево, пер. Комсомольский, д. 4, ООО "МиниМед"; тел/факс (4832) 41-63-56, (4832) 41-67-02, (4832) 92-96-94, (4832) 92-97-03; и в учреждение, уполномоченное Росздравнадзором на проведение государственного контроля качества указанной продукции.

Начальник ОТК ООО "МиниМед"_____ Захаров А.Н.
«____»_____200_г.

«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач Брянской областной детской больницы_____Числин А.А.
Заслуженный врач РФ
«____»_____200_г.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru