Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

TDB-120, Термостат типа “Драй-блок”

Basic Plus
Product Class

ОПИСАНИЕ

Термостат **TDB-120** предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюминиевого блока. Беспрецедентно высокая точность и равномерность температуры по блоку. Широко применяется при постановке ПЦР–анализа.



Металлическая отражательная пластина, установленная в крышке термостата, предотвращает формирование конденсата на крышке микропробирок.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛОКОВ: (встроены в прибор)
Для удовлетворения потребности стандартных лабораторных процедур доступны два вида блоков:

- блок A-53: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл микропробирок;
- блок A-103: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл + 52x0.2 мл микропробирок.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон установки температуры	+25°C ... +120°C
Диапазон регулирования температуры	5°C выше комн. ... +120°C
Шаг установки температуры	0.1°C
Стабильность температуры	±0,1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C	±0.1°C
Диапазон калибровки темп. коэффициента	0.968...1.031 (± 0.031)
Цифровая установка времени	1 мин.– 96 ч. / непрерывно
Звуковой сигнал таймера	+
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Размеры (Д×Ш×В)	230 × 210 × 110 mm
Вес	2,8 кг
Потребляемая мощность (230В)	200 Вт (870 мА)
Питание	230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц

КАТ. НОМЕР

With block A-53	С блоком A-53
BS-010401-PAA	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010401-PAB	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010401-PA3	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010401-PAC	100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
With block A-103	С блоком A-103
BS-010401-QAA	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010401-QAB	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010401-QA3	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010401-QAC	100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
BS-010401-CK	IQ OQ документ
BS-010401-DK	PQ документ