Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

# FVL-2400N, Миницентрифуга-вортекс Комби-Спин

Basic Plus
Product Class

## ОПИСАНИЕ

Мини Центрифуга–вортекс Комбиспин **FVL-2400N** разработана специально для генноинженерных исследований (для экспериментов по ПЦР–диагностике). Может использоваться в микробиологических, биохимических, клинических лабораториях и промышленных биотехнологических лабораториях.

**FVL-2400N** обеспечивает возможность одновременного перемешивания и разделения образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, расположенные на общем спин-блоке. Центрифуга имеет защитный механизм, останавливающий вращение ротора при открытой крышке.




## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Постоянная скорость вращения (50 Гц) | 2800 об/мин |
| Относительная центробежная сила (RCF) (50 Гц) | 500 x g |
| Постоянная скорость вращения (60 Гц) | 3500 об/мин |
| Относительная центробежная сила (RCF) (60 Гц) | 700 x g |
| Два режима работы непрерывный и импульсный | + |
| Защита образца | Автостоп при незакрытой крышке |
| Размеры (Д×Ш×В) | 190x235x125 мм |
| Вес | 1.7 кг |
| Потребляемая мощность (230В / 120В) | 25 Вт (0,1 А) / 30 Вт (0,27 А) |
| Питание | 120 or 230 V; 50/60 Hz |

## КАТ. НОМЕР

| | |
|---|---|
| Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2 | С роторами R-1.5 и R-0.5/0.2 |
| BS-010202-AAA | 230VAC 50/60Hz Euro вилка |
| BS-010202-AAB | 230VAC 50/60Hz UK вилка |
| BS-010202-AA3 | 230VAC 50/60Hz AU вилка |
| BS-010202-AAC | 100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка |
| BS-010202-BK | IQ OQ документ |
| BS-010202-CK | PQ документ |

## АКСЕССУАРЫ



**R-0.5/0.2**
BS-010205-BK
ротор

Ротор для 12 x 0.5 мл и 12 x 0.2 мл пробирок



**R-1.5**
BS-010205-AK
ротор

Ротор для 12 x 1.5/2 мл пробирок




**R-2/0.5**
BS-010205-CK
ротор

Ротор для 8 x 2/1.5 мл и 8 x 0.5 мл пробирок



**R-2/0.5/0.2**
BS-010205-DK
ротор

Ротор для 6 x 2/1.5 мл, 6 x 0.5 мл и 6 x 0.2 мл пробирок



**SR-16**
BS-010202-AK
ротор

Ротор для 2 стрипов по 8 x 0.2 мл



**SR-32**
BS-010205-FK
ротор

Ротор для 4 стрипов по 8 x 0.2 мл
* не совместим с Мини-цетрифугой-вортесом «Комбиспин» выпущенной до 2015 года